



**ΔΙΟΙΚΗΣΗ**  
**3<sup>ης</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ**  
**(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)**  
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**  
**ΓΡΕΒΕΝΩΝ**

**Γρεβενά : 31-07-2024**

**Αρ.Πρωτ.9984**

**ΤΜΗΜΑ: Οικονομικό**  
**Γραφείο Προμηθειών**  
**Ταχ. Δ/ση: Περιοχή Στρατοπέδου**  
**Τηλέφωνο 2462350311**  
**E-mail: pros1@nosgrevenon.gr**

**ΠΡΟΣ:ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**  
**(Του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον**  
**Υπ'αριθμ.Ν.4782 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021)**

**ΑΡΙΘΜ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 13/2024**

Το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/08.08.2016 (Α'147) Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/24/ ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Ν.4782/2021(Α'36) Έκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία".
3. Το υπ' αριθμ 9112/11-07-2024 πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους «Αναπνευστικές Συσκευές Οξυγόνου – Μάσκες»
4. Την υπ' αριθμ 2024ΔΙΑΒ28574 Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών.
5. Την με αρ.πρωτ. 273<sup>η</sup>/11-07-2024 ΑΔΑ:6ΓΤ44690ΒΨ-ΑΔ1, απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της πρόσκλησης για την προμήθεια υγειονομικού υλικού «Αναπνευστικές Συσκευές Οξυγόνου – Μάσκες» για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα προαίρεσης ενός (1) έτους προϋπολογισθείσας ετήσιας δαπάνης 3.650€ (συμπερ. ΦΠΑ 6% & 24% ) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Γρεβενών».
6. Την με αρ.πρωτ.918/9164/11-07-2024 ΑΔΑ:9Α2Τ4690ΒΨ-ΦΓΦ απόφαση Ανάληψη υποχρέωσης
7. Τις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες του Νοσοκομείου μας.

**Απευθύνουμε**

**Πρόσκληση υποβολής σφραγισμένων προσφορών Ανάδειξης αναδόχου Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγειονομικού υλικού «Αναπνευστικές Συσκευές Οξυγόνου – Μάσκες» για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα προαίρεσης ενός (1) έτους προϋπολογισθείσας ετήσιας δαπάνης 3.650€ (συμπερ. ΦΠΑ 6% & 24% ) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Γρεβενών».**

A/A	Περιγραφή Είδους	Τιμή Μονάδος	ΦΠΑ	Ποσότητα	Αξία
1	ΜΑΣΚΑ ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ*	0,4883	24%	1500	732,45
2	ΜΑΣΚΑ ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ ΠΑΙΔΩΝ • Νεογνών • ΠΑΙΔΩΝ MEDIUM • ΠΑΙΔΩΝ LARGE	0,5555	24%	• Νεογνών 400 τεμάχια • ΠΑΙΔΩΝ MEDIUM 600 τεμάχια • ΠΑΙΔΩΝ LARGE 200 τεμάχια <b>Σύνολο 1200 τεμάχια</b>	666,60
3	ΜΑΣΚΑ ΜΕ ΟΘΩΝΙΟ ΜΠΛΕ	0,4664	24%	50	023,32
4	ΜΑΣΚΑ Ο2 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ*	0,3679	24%	400	147,16
8	ΜΑΣΚΑ ΧΟΡΗΓ Ο2 ΜΕ VENTURI+ΣΩΛ με δυνατότητα για FiO2 60%	0,8482	24%	300	254,46
9	ΜΑΣΚΑ ΧΟΡΗΓ Ο2 ΡΗΝΙΚΕΣ ΓΙΑΛΑΚ ΕΝΗΛΙΚΩΝ*	0,1972	24%	2500	493,00
10	ΜΑΣΚΑ ΧΟΡΗΓ. Ο2 ΡΗΝΙΚΕΣ ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΠΑΙΔΩΝ*	1,4880	24%	50	074,40
13	ΜΑΣΚΕΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ FFP2 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ / ΚΝ95	0,0481	6%	25000	1202,50
14	ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	0,7688	24%	50	038,44

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό **3.650€** με Φ.Π.Α και βαρύνει την με ΚΑΕ: 1311 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024.

Κριτήριο κατακύρωσης της παρούσας θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) .

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης, να καταθέσετε σε σφραγισμένο φάκελο την προσφορά, στο πρωτόκολλο του Γ.Ν. Γρεβενών (Περιοχή Στρατοπέδου , Γρεβενά, Τ.Κ.51100) ως την **Δευτέρα 19 Αυγούστου 2024 και ώρα 14:30 μ.μ.** αναγράφοντας:

1. Στον τίτλο την λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
2. Περιγραφή της πρόσκλησης
3. Την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
4. Τα στοιχεία του αποστολέα
5. Την ένδειξη σε εμφανές σημείο «ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ»

Προσφορές που θα υποβάλλονται στην υπηρεσία εκπρόθεσμα δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την **Τρίτη Αυγούστου 2024 και ώρα 09:30πμ** από την αρμόδια υπηρεσία και οι εν λόγω προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή.

**Ισχύς προσφορών:** Ο χρόνος ισχύς των προσφορών είναι 360 ημερολογιακές ημέρες , προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας της πρόσκλησης. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

**Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι:**

1. Μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του δεν συντρέχει για τους προσφέροντες λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
2. Αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με αυτούς.
3. Παραίτηται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του διαγωνισμού.
4. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 360 ημέρες ημερολογιακές προσμετρώμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

**Τεχνική προσφορά:** Όλα τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια του οικονομικού φορέα σύμφωνα με το Παράρτημα Α' της παρούσας.

Οποιοδήποτε έγγραφο ή πιστοποιητικό ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης.

**Οικονομική προσφορά:** Οι προσφορές θα αναγράφουν την τιμή χωρίς Φ.Π.Α και με Φ.Π.Α.

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή χρηματοδότησης.

Προσφορές που ζητούν την απαλλαγή τους από τις κρατήσεις, δεν γίνονται δεκτές.

Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές.

Η κλήρωση γίνεται ενώπιον των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

**ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ**

Ο τελικός ανάδοχος προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4412/2016.

- **α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.** Που εκδίδεται έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- **β. Φορολογική ενημερότητα.** (Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής του).
- **γ. Ασφαλιστική ενημερότητα.** (άρθρο 80 παρ.2 του ν.4412/2016 ). Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής του.
- **δ. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή το ισχύον καταστατικό** της εταιρείας από όπου προκύπτουν τα μέλη και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας. Το παρόν πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί ως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός δέκα (10) ημερών από τη σχετική πρόσκληση ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη των συμμετεχόντων.

Το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης /ακύρωσης της διαδικασίας σε οποιαδήποτε φάση αυτής.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στη διαδρομή (URL) <http://www.nosgrevenon.gr./ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ>.

### **ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή.

Ο χρόνος διάρκειας της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος με δυνατότητα παράτασης τριών μηνών.

### **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ**

Ενστάσεις-προσφυγές κατά της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων μέσω της παρούσης πρόσκλησης υποβάλλονται με την διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 127,205 & 205Α του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

### **ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

1. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημιάς που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάσταση της.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του ν.4412/2016.

**Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  
ΤΟΥ Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ**

**Δρ. ΕΥΤΥΧΙΑ Π. ΚΑΠΑΤΟΥ**

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

## ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

A/A	ΕΙΔΟΣ
1	<b>ΜΑΣΚΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Μάσκα τραχεοστομίας ενηλίκων VENTURI</li></ul>
2	<b>ΜΑΣΚΑ Ο2 ΔΥΝΑΤ.ΥΨ.ΣΥΓΚ.ΔΙΑΦ ΑΣΚΟ Κ΄ ΣΩΛ.200cm ΜΕ ΒΑΛΒ.ΕΙΣΠ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Διάφανης, άνετη για τον ασθενή, με άψογη εφαρμογή, από μαλακό υλικό με στρογγυλές άκρες.</li><li>Ο ασκός συνδέεται με τη μάσκα με βαλβίδα μη επανεισπνοής και η μάσκα και η μάσκα να φέρει πλαϊνές βαλβίδες μη επανεισπνοής.</li><li>Η μάσκα συνδέεται με τον ασκό. Φέρει σωλήνα σύνδεσης με την παροχή οξυγόνου, μήκους τουλάχιστον 180εκ.</li></ul>
3	<b>ΜΑΣΚΑ Ο2 ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΕ ΑΣΚΟ ΔΙΑΦΥΓΗΣ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Διάφανης, άνετη για τον ασθενή, με άψογη εφαρμογή, από μαλακό υλικό με στρογγυλές άκρες.</li><li>Ο ασκός συνδέεται με τη μάσκα με βαλβίδα μη επανεισπνοής και η μάσκα και η μάσκα να φέρει πλαϊνές βαλβίδες μη επανεισπνοής.</li><li>Η μάσκα συνδέεται με τον ασκό. Φέρει σωλήνα σύνδεσης με την παροχή οξυγόνου, μήκους τουλάχιστον 180εκ.</li></ul>
4	<b>ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ VENTURI ΕΝΗΛΙΚΩΝ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Διάφανης, μαλακό, άψογη εφαρμογή στο πρόσωπο, άνετη για τον ασθενή, με μακρύ σωλήνα τουλάχιστον 180εκ, που συνδέεται εύκολα σε ψηλές ροές.</li><li>Αξιόπιστη ποσότητα οξυγόνου με δυνατότητα πολλών διαβαθμίσεων από 24% μέχρι 60% με τη χαμηλότερη δυνατή ροή οξυγόνου. Με ξεχωριστό συνδετικό μεταξύ μάσκας και παροχής οξυγόνου για την κάθε διαβάθμιση συγκέντρωση οξυγόνου.</li></ul>
5	<b>ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ VENTURI ΠΑΙΔΩΝ (MEDIUM - LARGE &amp; ΝΕΟΓΝΙΚΗ)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Διάφανης, μαλακό, άψογη εφαρμογή στο πρόσωπο, άνετη για τον ασθενή, με μακρύ σωλήνα τουλάχιστον 180εκ, που συνδέεται εύκολα σε ψηλές ροές. Αξιόπιστη ποσότητα οξυγόνου με</li><li>δυνατότητα πολλών διαβαθμίσεων από 24% μέχρι 60% με τη χαμηλότερη δυνατή ροή οξυγόνου.</li><li>Με ξεχωριστό συνδετικό μεταξύ μάσκας και παροχής οξυγόνου για την κάθε διαβάθμιση συγκέντρωση οξυγόνου.</li></ul>
6	<b>ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΑΠΛΗ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Μάσκα οξυγόνου νεογνική απλή.</li></ul>
7	<b>ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΠΑΙΔΩΝ AEROSOL (ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ) (MEDIUM - LARGE &amp; ΝΕΟΓΝΙΚΗ)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Διαφανής, μαλακή, άνετη για τον ασθενή, συνδέεται εύκολα με ροόμετρο οξυγόνου και δεν αποσυνδέεται εύκολα σε ψηλές ροές.</li><li>Νεφελοποίηση των 5ml σε 10min.</li><li>Μεγάλες πλευρικές οπές. Το ποτήρι νεφελοποίησης να είναι χωρητικότητας άνω των 5ml και ο σωλήνας μήκους τουλάχιστον 180cm.</li><li>Αποτελεσματική νεφελοποίηση ακόμα όταν ο ασθενής είναι σε ήπια θέση.</li></ul>
8	<b>ΠΛΗΡΕΙΣ ΣΤΟΜ/ΝΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΝΙΝ ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ MEDIUM</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Με μαξιλαράκι από τζελ και αέρα με σκοπό α) το απόλυτο σφράγισμα χωρίς διαρροές και β) την ατραυματική συνεχή χρήση 7 ημερών (πιστοποίηση από έντυπο IFU!).</li><li>Ειδικής τεχνολογίας, ώστε να μην τραυματίζει στο μέτωπο. Ενσωματωμένη γωνία περιστροφής 360 μοιρών κι ενσωματωμένο ευθύ συνδετικό 360 μοιρών. Υποαλλεργικές 100%, χωρίς: PVC, φθαλικούς εστέρες και LATEX σε όλα της τα μέρη (πιστο-ποίηση από IFU!) Με ιμάντες στήριξης τεσσάρων σημείων.</li><li>Με γάντζο ταχείας απασφάλισης.</li><li>Σε μέγεθος Medium.</li><li>Χωρίς βαλβίδα εκπνοής, για χρήση με ΔΙΠΛΟ κύκλωμα αναπνευστήρα.</li></ul>
9	<b>ΠΛΗΡΕΙΣ ΣΤΟΜ/ΝΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΝΙΝ ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ LARGE</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Με μαξιλαράκι από τζελ και αέρα με σκοπό α) το απόλυτο σφράγισμα χωρίς διαρροές και β) την ατραυματική συνεχή χρήση 7 ημερών (πιστοποίηση από έντυπο IFU !).</li> <li>• Ειδικής τεχνολογίας, ώστε να μην τραυματίζει στο μέτωπο.</li> <li>• Ενσωματωμένη γωνία περιστροφής 360 μοιρών κι ενσωματωμένο ευθύ συνδετικό 360 μοιρών. Υποαλλεργικές 100%, χωρίς: PVC, φθαλικούς εστέρες και LATEX σε όλα της τα μέρη (πιστο-ποίηση από IFU!)</li> <li>• Με ιμάντες στήριξης τεσσάρων σημείων.</li> <li>• Με γάντζο ταχείας απασφάλισης.</li> <li>• Σε μέγεθος Large. Χωρίς βαλβίδα εκπνοής, για χρήση με ΔΙΠΛΟ κύκλωμα</li> <li>• αναπνευστήρα.</li> </ul>
10	<b>ΠΛΗΡΕΙΣ ΣΤΟΜ/ΝΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΝΙΝ ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ XLARGE</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Με μαξιλαράκι από τζελ και αέρα με σκοπό α) το απόλυτο σφράγισμα χωρίς διαρροές και β) την ατραυματική συνεχή χρήση 7 ημερών (πιστοποίηση από έντυπο IFU !).</li> <li>• Ειδικής τεχνολογίας, ώστε να μην τραυματίζει στο μέτωπο.</li> <li>• Ενσωματωμένη γωνία περιστροφής 360 μοιρών κι ενσωματωμένο ευθύ συνδετικό 360 μοιρών. Υποαλλεργικές 100%, χωρίς: PVC, φθαλικούς εστέρες και LATEX σε όλα της τα μέρη (πιστο-ποίηση από IFU!)</li> <li>• Με ιμάντες στήριξης τεσσάρων σημείων.</li> <li>• Με γάντζο ταχείας απασφάλισης.</li> <li>• Σε μέγεθος Xlarge.</li> <li>• Χωρίς βαλβίδα εκπνοής, για χρήση με ΔΙΠΛΟ κύκλωμα</li> <li>• αναπνευστήρα.</li> </ul>
11	<b>ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ AEROSOL (ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Διαφανής, μαλακή, άνετη για τον ασθενή, συνδέεται εύκολα με ροόμετρο οξυγόνου και δεν αποσυνδέεται εύκολα σε ψηλές ροές. Νεφελοποίηση των 5ml σε 10min. Μεγάλες πλευρικές οπές. Το ποτήρι νεφελοποίησης να είναι χωρητικότητας άνω των 5ml και ο σωλήνας μήκους τουλάχιστον 180cm. Αποτελεσματική νεφελοποίηση ακόμα όταν ο ασθενής είναι σε ήπια θέση.</li> </ul>
12	<b>ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΡΙΝΙΚΟΙ ΚΑΘΗΤΡΕΣ)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Άνετη για τον ασθενή, με ρινικές χοάνες από μαλακό υλικό με ανατομικό σχήμα, με επιφάνεια σταθεροποίησης στο άνω χείλος του ασθενή. Με δαχτυλίδι που ενώνει τους δυο σωλήνες κάτω από το γνάθο του ασθενή. Με μακρύ σωλήνα 180 εκ, που συνδέεται εύκολα με ροόμετρο οξυγόνου</li> </ul>
13	<b>ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Ν.3</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Να είναι κατασκευασμένη από Σιλικόνη, να φέρει καμπυλότητα 70 μοιρών, το cuff της Λαρυγγικής Μάσκας να διαθέτει ενισχυμένη άκρη, να είναι λεπτό με λεία πλευρικά τοιχώματα, να μην φέρει πλευρικές μπάρες.</li> <li>• Να είναι το υλικό ελεύθερο από φθαλικές ενώσεις, να έχει ενσωματωμένο σωλήνα πρόσβασης στο στομάχι ο οποίος καταλήγει σε δύο οπές για τοποθέτηση καθετήρα Levin και καθετήρα αναρρόφησης και να φέρει σύστημα σταθεροποίησης για να αποτρέπεται η μετατόπιση.</li> <li>• Να φέρει σωλήνα πλήρωσης του Cuff ανεξάρτητο του αεραγωγού ο οποίος διαθέτει τεχνολογία cuff pilot για συνεχή οπτική παρακολούθηση και ρύθμιση της πίεσης του αεροθαλάμου απο τον αναισθησιολόγο-γιατρό</li> </ul>
14	<b>ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Ν.4</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Να είναι κατασκευασμένη από Σιλικόνη, να φέρει καμπυλότητα 70 μοιρών, το cuff της Λαρυγγικής Μάσκας να διαθέτει ενισχυμένη άκρη, να είναι λεπτό με λεία πλευρικά τοιχώματα, να μην φέρει πλευρικές μπάρες.</li> <li>• Να είναι το υλικό ελεύθερο από φθαλικές ενώσεις, να έχει ενσωματωμένο σωλήνα πρόσβασης στο στομάχι ο οποίος καταλήγει σε δύο οπές για τοποθέτηση καθετήρα Levin και καθετήρα αναρρόφησης και να φέρει σύστημα σταθεροποίησης για να αποτρέπεται η μετατόπιση.</li> <li>• Να φέρει σωλήνα πλήρωσης του Cuff ανεξάρτητο του αεραγωγού ο οποίος διαθέτει τεχνολογία cuff pilot για συνεχή οπτική παρακολούθηση και ρύθμιση της πίεσης του αεροθαλάμου απο τον αναισθησιολόγο-γιατρό</li> </ul>
15	<b>ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Ν.5</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Να είναι κατασκευασμένη από Σιλικόνη, να φέρει καμπυλότητα 70 μοιρών, το cuff της Λαρυγγικής Μάσκας να διαθέτει ενισχυμένη άκρη, να είναι λεπτό με λεία πλευρικά τοιχώματα, να μην φέρει πλευρικές μπάρες.</li> <li>• Να είναι το υλικό ελεύθερο από φθαλικές ενώσεις, να έχει ενσωματωμένο σωλήνα πρόσβασης στο στομάχι ο οποίος καταλήγει σε δύο οπές για τοποθέτηση καθετήρα Levin και καθετήρα αναρρόφησης και να φέρει</li> </ul>

	<p>σύστημα σταθεροποίησης για να αποτρέπεται η μετατόπιση.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Να φέρει σωλήνα πλήρωσης του Cuff ανεξάρτητο του αεραγωγού ο οποίος διαθέτει τεχνολογία cuff pilot για συνεχή οπτική παρακολούθηση και ρύθμιση της πίεσης του αεροθαλάμου απο τον αναισθησιολόγο-γιατρό</li> </ul>
16	<p><b>ΟΛΟΠΡΟΣΩΠΗ ΜΑΣΚΑ ΝΙΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ LARGE</b></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Η μάσκα να είναι κατάλληλη για μη επεμβατικό αερισμό και για χρήση σε αναπνευστήρα με χρήση του κατάλληλου συνδετικού. Στην κάθε συσκευασία να περιλαμβάνονται και τα δύο συνδετικά.</li> <li>• Να διαθέτει ένα συνδετικό με αντισφυζιογόνα βαλβίδα ( Anti-SphyxiaValve - Anti-SphyxiaElbow) και ένα συνδετικό χωρίς βαλβίδα εκπνοής (StandardElbow)</li> <li>• Το περίγραμμα να είναι κατασκευασμένο από σιλικόνη ιατρικής χρήσης υψηλής ποιότητας για περιμετρική εφαρμογή.</li> <li>• Η εισαγωγή του αέρα να γίνεται μέσω περιστρεφόμενου συνδετικού με διάμετρο 22mm F. Να διαθέτει κεφαλοδέτη με ρυθμιζόμενους ιμάντες για κατάλληλη προσαρμογή στην ανατομία του κεφαλιού του κάθε ασθενή.</li> <li>• Ο κεφαλοδέτης να διαθέτει 4 σημεία συγκράτησης της μάσκας από τα οποία τα δυο να δύνανται να αποσυνδεθούν από τη μάσκα, χωρίς να χαλάει το ρυθμισμένο σημείο συγκράτησης.</li> <li>• Το υλικό κατασκευής του κεφαλοδέτη να αφήνει το δέρμα να αερίζεται επαρκώς. Να είναι κατασκευασμένος από μαλακό, εύκαμπτο ύφασμα υψηλής ποιότητας με 2Slide-in clips για εύκολη ρύθμιση και γρήγορη εξαγωγή της μάσκας.</li> <li>• Η μάσκα να διαθέτει θύρα μέσω της οποίας δύνανται να πραγματοποιηθεί ο εμπλουτισμός του μίγματος αέρα με οξυγόνο ή η παρακολούθηση διαφόρων παραμέτρων (π.χ. πίεσης, CO2).</li> <li>• Η μάσκα να είναι πολλαπλών χρήσεων. Να αποστειρώνεται σε κλίβανο έως τους 120<sup>0</sup>C για έως 5 κύκλους αποστείρωσης και έως τους 90<sup>0</sup>C για έως και 10 κύκλους αποστείρωσης.</li> <li>• Να διατίθεται σε μέγεθος large.</li> <li>• Κάθε μάσκα να συνοδεύεται από έναν (1) κεφαλοδέτη.</li> <li>• Να διαθέτει συνδετικό στρεφόμενο κατά 360° για την ελεύθερη κίνηση των σωληνώσεων του ασθενή.</li> </ul> <p>Να διαθέτει πιστοποίηση «CE».</p>
17	<p><b>ΟΛΟΠΡΟΣΩΠΗ ΜΑΣΚΑ ΝΙΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ MEDIUM</b></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Η μάσκα να είναι κατάλληλη για μη επεμβατικό αερισμό και για χρήση σε αναπνευστήρα με χρήση του κατάλληλου συνδετικού. Στην κάθε συσκευασία να περιλαμβάνονται και τα δύο συνδετικά.</li> <li>• Να διαθέτει ένα συνδετικό με αντισφυζιογόνα βαλβίδα ( Anti-SphyxiaValve - Anti-SphyxiaElbow) και ένα συνδετικό χωρίς βαλβίδα εκπνοής (StandardElbow)</li> <li>• Το περίγραμμα να είναι κατασκευασμένο από σιλικόνη ιατρικής χρήσης υψηλής ποιότητας για περιμετρική εφαρμογή.</li> <li>• Η εισαγωγή του αέρα να γίνεται μέσω περιστρεφόμενου συνδετικού με διάμετρο 22mm F. Να διαθέτει κεφαλοδέτη με ρυθμιζόμενους ιμάντες για κατάλληλη προσαρμογή στην ανατομία του κεφαλιού του κάθε ασθενή.</li> <li>• Ο κεφαλοδέτης να διαθέτει 4 σημεία συγκράτησης της μάσκας από τα οποία τα δυο να δύνανται να αποσυνδεθούν από τη μάσκα, χωρίς να χαλάει το ρυθμισμένο σημείο συγκράτησης.</li> <li>• Το υλικό κατασκευής του κεφαλοδέτη να αφήνει το δέρμα να αερίζεται επαρκώς. Να είναι κατασκευασμένος από μαλακό, εύκαμπτο ύφασμα υψηλής ποιότητας με 2Slide-in clips για εύκολη ρύθμιση και γρήγορη εξαγωγή της μάσκας.</li> <li>• Η μάσκα να διαθέτει θύρα μέσω της οποίας δύνανται να πραγματοποιηθεί ο εμπλουτισμός του μίγματος αέρα με οξυγόνο ή η παρακολούθηση διαφόρων παραμέτρων (π.χ. πίεσης, CO2).</li> <li>• Η μάσκα να είναι πολλαπλών χρήσεων. Να αποστειρώνεται σε κλίβανο έως τους 120<sup>0</sup>C για έως 5 κύκλους αποστείρωσης και έως τους 90<sup>0</sup>C για έως και 10 κύκλους αποστείρωσης.</li> <li>• Να διατίθεται σε μέγεθος medium.</li> <li>• Κάθε μάσκα να συνοδεύεται από έναν (1) κεφαλοδέτη.</li> <li>• Να διαθέτει συνδετικό στρεφόμενο κατά 360° για την ελεύθερη κίνηση των σωληνώσεων του ασθενή.</li> <li>• Να διαθέτει πιστοποίηση «CE».</li> </ul>
18	<p><b>ΟΛΟΠΡΟΣΩΠΗ ΜΑΣΚΑ ΝΙΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ XLARGE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Η μάσκα να είναι κατάλληλη για μη επεμβατικό αερισμό και για χρήση σε αναπνευστήρα με χρήση του κατάλληλου συνδετικού. Στην κάθε συσκευασία να περιλαμβάνονται και τα δύο συνδετικά.</li> <li>• Να διαθέτει ένα συνδετικό με αντισφυζιογόνα βαλβίδα ( Anti-SphyxiaValve - Anti-SphyxiaElbow) και ένα συνδετικό χωρίς βαλβίδα εκπνοής (StandardElbow)</li> </ul>

- Το περίγραμμα να είναι κατασκευασμένο από σιλικόνη ιατρικής χρήσης υψηλής ποιότητας για περιμετρική εφαρμογή.
- Η εισαγωγή του αέρα να γίνεται μέσω περιστρεφόμενου συνδετικού με διάμετρο 22mm F. Να διαθέτει κεφαλοδέτη με ρυθμιζόμενους ιμάντες για κατάλληλη προσαρμογή στην ανατομία του κεφαλιού του κάθε ασθενή.
- Ο κεφαλοδέτης να διαθέτει 4 σημεία συγκράτησης της μάσκας από τα οποία τα δυο να δύνανται να αποσυνδεθούν από τη μάσκα, χωρίς να χαλάει το ρυθμισμένο σημείο συγκράτησης.
- Το υλικό κατασκευής του κεφαλοδέτη να αφήνει το δέρμα να αερίζεται επαρκώς. Να είναι κατασκευασμένος από μαλακό, εύκαμπτο ύφασμα υψηλής ποιότητας με 2Slide-in clips για εύκολη ρύθμιση και γρήγορη εξαγωγή της μάσκας.
- Η μάσκα να διαθέτει θύρα μέσω της οποίας δύνανται να πραγματοποιηθεί ο εμπλουτισμός του μίγματος αέρα με οξυγόνο ή η παρακολούθηση διαφόρων παραμέτρων (π.χ. πίεσης, CO<sub>2</sub>).
- Η μάσκα να είναι πολλαπλών χρήσεων. Να αποστειρώνεται σε κλίβανο έως τους 120°C για έως 5 κύκλους αποστείρωσης και έως τους 90°C για έως και 10 κύκλους αποστείρωσης.
- Να διατίθεται σε μέγεθος extra-large.
- Κάθε μάσκα να συνοδεύεται από έναν (1) κεφαλοδέτη.
- Να διαθέτει συνδετικό στρεφόμενο κατά 360° για την ελεύθερη κίνηση των σωληνώσεων του ασθενή.

Να διαθέτει πιστοποίηση «CE».